

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

เตียงทำคลอดและเตียงตรวจสูตินรีเวช ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

และควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้าใช้เท้า



เตียงทำคลอดและเตียงตรวจสูตินรีเวช ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย และควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้าใช้เท้า

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงตรวจ/ทำคลอดระบบไฟฟ้า สามารถขึ้นเคลื่อนย้ายและปรับระดับต่างๆได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นเตียงคลอดระบบไฟฟ้า ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายและ Foot Switch ปรับระดับได้โดยใช้เท้าปรับ
- 2.2 เตียงมีล้อ พร้อมระบบล็อกล้อ Central Lock สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.3 ตัวเตียงแบ่งเป็น ส่วน ได้แก่ ส่วนหลัง ส่วนสะโพก

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 3.1 เตียงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 128 ซม.
- 3.2 ฐานเตียง ทำด้วยเหล็กหล่อหุ้มปิดด้วยแผ่นเหล็กพ่นเคลือบสี สวयงาม ได้ฐานมีล้อขึ้นเคลื่อนย้ายได้และมีระบบล็อกล้อ Central Lock โดยใช้เท้าปรับ ที่ฐานบริเวณท้ายเตียง
- 3.3 คอลัมน์เตียงหุ้มปิดด้วยยางยืดเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นละอองคุณภาพดี
- 3.4 ตัวเตียงทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสี สวयงาม แบ่งเป็น ส่วนแผ่นหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 80 ซม., ส่วนสะโพกขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 45 ซม.พร้อมรางสแตนเลสด้านข้างเตียงเพื่อใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆ
- 3.5 เบาะ ทำด้วยฟองน้ำสังเคราะห์หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ทำความสะอาดได้ง่าย
- 3.6 แกนขาขึ้นทำด้วยสแตนเลส จะมีลักษณะโค้งรับส่วนเท้าสามารถปรับแยกออกด้านข้างได้ โดยมีปุ่มล็อก-ปลดล็อก และปรับยืดขยายความยาวได้
- 3.7 ขาหยั่ง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยใช้สติกส์ล็อก และส่วนรองรับข้อเท้าสามารถปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ โดยใช้สติกส์ล็อก ชุดขาหยั่งนี้สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
- 3.8 มีถาดสแตนเลสสำหรับรองเลือด สไลด์เก็บเข้าได้เตียงได้ และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้
- 3.9 มีมือจับ สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งตามต้องการได้
- 3.10 ปรับการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายได้ดังนี้
 - 3.10.1 ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่เกิน 80 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 ซม.

- 3.10.2 ปรับส่วนแผ่นหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
- 3.10.3 ปรับยกส่วนสะโพกได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา และปรับ สะโพกลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 5 องศา
- 3.10.4 ปรับยกเตียงสูงขึ้นและยกสะโพกพร้อมกันได้
- 3.11 ปรับการทำงานด้วย Foot Switch ได้ดังนี้
 - 3.11.1 ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่เกิน 80 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 ซม.
 - 3.11.2 ปรับส่วนแผ่นหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
 - 3.11.3 ปรับยกส่วนสะโพกได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา และปรับ สะโพกลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 5 องศา
 - 3.11.4 ปรับยกเตียงสูงขึ้นและยกสะโพกพร้อมกันได้

เงื่อนไข

- ผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย
- รับประกันสินค้า 1 ปี