

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับไฟฟ้า

1. **ความต้องการ** เป็นเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับไฟฟ้า
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูก ข้อต่อหลัง กล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูก และกระดูกต้นคอ
3. **คุณสมบัติทั่วไป**
 - 3.1. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรซ์
 - 3.2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60601-1
4. **คุณสมบัติทางเทคนิค**
 - 4.1. สามารถเลือกรูปแบบการดึงเพื่อรักษาได้อย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้
 - 4.1.1. Static
 - 4.1.2. Intermittent
 - 4.2. สามารถเลือกหน่วยของน้ำหนัก ในการดึงได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ได้แก่ กิโลกรัม นิวตัน และ ปอนด์
 - 4.3. สามารถตั้งแรงดึงได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม
 - 4.4. สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที
 - 4.5. มีปุ่มกดเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะทำการรักษา
 - 4.6. มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลาในการรักษา
5. **คุณสมบัติเตียงปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า**
 - 5.1. พื้นเตียงแยกเป็น 2 ท่อนหรือ 3 ท่อน เลื่อนได้ 1 ท่อน สามารถล็อคออยู่กับที่ได้
 - 5.2. เบาะทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
 - 5.3. ส่วนศีรษะ สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย -30 องศา ถึง 55 องศา เพื่อความสะดวกในการดึงคอ
 - 5.4. ปรับสูงต่ำด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และมี Hand switch สำหรับปรับความสูงต่ำของเตียงได้
 - 5.5. ขาของเตียงทั้ง 4 มีล้อ สำหรับยกระดับจากพื้น เพื่อความสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้าย
6. **อุปกรณ์ประกอบ**

6.1. ผ้าดึงคอ	1	ชิ้น
6.2. ผ้าดึงหลัง	1	ชิ้น
6.3. ผ้าดึงสะโพก	1	ชิ้น
6.4. Spreader bar	1	อัน
6.5. Remote Control Switch	1	อัน
6.6. สายไฟหลัก	1	เส้น
7. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - 7.1. รับประกันคุณภาพ 2 ปี และอุปกรณ์เสริม 6 เดือน
 - 7.2. บริษัทฯ ที่จำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
 - 7.3. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

7.4. เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

7.5. มีใบรับรองการจดทะเบียนนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยามาแสดง