

รายละเอียดและคุณลักษณะ

ด้ามกรอฟันเร็วชนิดมีไฟพร้อมข้อต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

1. ความต้องการ ด้ามกรอฟันเร็วชนิดมีไฟพร้อมข้อต่อ ใช้กรอฟันเพื่อทำการเตรียมฟันก่อนการบูรณะ
 2. วัตถุประสงค์ เป็นด้ามกรอฟันความเร็วสูงมีไฟพร้อมข้อต่อ ใช้เพื่อกรอฟันในช่องปาก ก่อนการบูรณะฟันได้แก่ อุดฟัน ทำครอบฟัน เป็นต้น จัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานที่มีผู้รับบริการมากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการทางทันตกรรมในอนาคต
 3. คุณลักษณะทั่วไป เป็นด้ามกรอฟันเร็วชนิดมีไฟพร้อมข้อต่อ (ด้ามกรอฟันความเร็วสูง + ข้อต่อหัวกรอแบบเร็ว)
 4. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.1 เป็นหัวกรอระบบ Ball bearing ที่มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 350,000 รอบ / นาที
 - 4.2 ตัวด้ามกรอทำจาก stainless steel และสามารถ generated ไฟเพื่อส่องสว่างขณะทำการกรอฟันได้
 - 4.3 การถอดหัว bur เป็นระบบ Ultra Push Chuck หรือ PUSH BUTTON CHUCK
 - 4.4 Hand piece เป็นระบบ Clean Head สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge
 - 4.5 Cartridge เป็นระบบ Ceramic Ball Bearing แบบ ISU (Integrate Shaft Bearing)
 - 4.6 มีระบบน้ำหล่อเย็นที่ด้านล่างของปลายหัวกรอฟัน 3 รู พร้อมท่อนำแสง Fiber Optic 1 ท่อ
 - 4.7 สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
 - 4.8 สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray ได้
 - 4.9 สามารถใช้และเข้ากันได้กับยูนิตทำฟันที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
 - 4.10 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- ข้อต่อหัวกรอแบบเร็ว
- 4.11 สามารถเชื่อมต่อกับหัวกรอแบบเร็วได้
 - 4.12 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
 - 4.13 เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น
5. เงื่อนไขในการติดตั้งและบริการ
 - 5.1 ผู้ขายรับรองว่า ด้ามกรอฟันเร็วพร้อมข้อต่อที่เสนอขายเป็นเครื่องใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่ใช่อุปกรณ์เก่าเก็บค้ำที่คลังสินค้า
 - 5.2 ผู้ขายต้องรับรองว่า ด้ามกรอฟันเร็วพร้อมข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาของผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

5.3 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี ในทุกชิ้นส่วน นับจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จากผู้จำหน่ายโดยตรงและในกรณีที่
เครื่องชำรุด ผู้ขายต้องส่งช่างให้เดินทางมาทำการตรวจซ่อม ภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการแจ้ง

ลงชื่อ



(อรรถพล ปัญญาภู่)

(ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ)