

โคมไฟส่องตรวจแบบติดเพดาน

ศูนย์อนามัย 12 ชะลา

1. ความต้องการ โคมไฟส่องตรวจ ชนิดติดเพดาน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ส่องตรวจอวัยวะต่างๆ และส่องเพื่อทำหัตถการ
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 - 3.2 สามารถใช้สำหรับส่องตรวจทั่วไป
 - 3.3 ใช้กับระบบไฟฟ้าภายในประเทศไทยได้
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 ส่วนโคมไฟ
 - 4.1.1 ใช้หลอดไฟ LED 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชั่วโมง
 - 4.1.2 ให้ความเข้มแสงประมาณ 35,000 Lux ที่ระยะ 1 เมตร
 - 4.1.3 สามารถปรับ Dimming ได้
 - 4.2 ส่วนยึดติดโคมไฟ
 - 4.2.1 ส่วนแกนที่ยึดแขนโคมไฟที่ติดกับเพดานยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
 - 4.2.2 ส่วนแขนโคมไฟ แบบ K-Arm ที่สามารถยึดแขนโคมไฟได้ไม่น้อยกว่า 19 นิ้วโดยปราศจาก Drifting
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา
 - 5.2 รับประกันคุณภาพในภาวะการใช้งานปกติ 1 ปี