

คุณสมบัติเฉพาะ ลู่วิ่งแบบมีเครื่องพยุ่งตัว

1. **ความต้องการ** เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินพร้อมลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแขนขาอ่อนแรง
2. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 2.1. สามารถปรับระดับยกผู้ป่วยได้โดยใช้ไฟฟ้า และจากแบตเตอรี่
 - 2.2. สามารถพยุ่งตัวผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคง
3. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 3.1. ชุดเครื่องพยุ่งตัวผู้ป่วย
 - 3.1.1 โครงสร้างทุกส่วนทำด้วยสแตนเลสอย่างดีทั้งหมด
 - 3.1.2 มีที่จับ 2 ด้าน ทั้งด้านข้างและด้านหน้า ให้ผู้ป่วยจับยึดในขณะที่ใช้งาน
 - 3.1.3 รววจับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามระดับความสูงของผู้ป่วย
 - 3.1.4 มีล้อเซ็น 4 ล้อ สามารถล็อกล้อได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ
 - 3.1.5 สามารถปรับระดับสูง ต่ำเพื่อพยุ่งตัวผู้ป่วย โดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ 150 ซม. ถึงไม่น้อยกว่า 210 ซม
 - 3.1.6 สามารถใช้งานปรับระดับสูงต่ำได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และมีระดับพลังงานจากแบตเตอรี่แสดงที่หน้าปัด ทำให้สามารถตรวจสอบพลังงานได้ตลอดเวลา
 - 3.1.7 สามารถพยุ่งตัวผู้ป่วยที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัมได้
 - 3.1.8 อุปกรณ์ช่วยยกถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรัดลำตัว และพยุ่งผู้ฝึก มีความแข็งแรงทนทาน
 - 3.2. เครื่องออกกำลังการลู่วิ่งเดินด้วยไฟฟ้า
 - 3.2.1 มีหน้าจอแสดง เวลา ระยะทาง ความเร็ว ปริมาณแคลอรี และอัตราการเต้นของหัวใจ
 - 3.2.2 ตัวเครื่องสามารถต่อกับอุปกรณ์เสริม เช่น MP3 และ Ipod สำหรับแนะนำและเป็นสื่อสำหรับผู้ป่วย
 - 3.2.3 มีพัดลมบริเวณหน้าเครื่อง สำหรับลดความร้อนให้กับผู้ป่วย
 - 3.2.4 มีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.5 CHP
 - 3.2.5 สามารถปรับระดับความเร็วต่ำสุดได้ไม่มากกว่า 0.6 ก.ม./ช.ม.
 - 3.2.6 สามารถปรับระดับความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 18 ก.ม./ช.ม.
 - 3.2.7 สามารถปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ 0-15 ระดับ
 - 3.2.8 มีขนาดสายพานไม่น้อยกว่า 20x50 นิ้ว เพื่อให้ผู้ป่วยก้าวเดิน หรือ วิ่งได้สะดวก
 - 3.2.9 บริเวณราวจับทั้งสองข้าง มีปุ่มปรับความเร็ว และระดับขึ้นลงของเครื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 - 3.2.10 บริเวณราวจับทางด้านหน้ามีแผ่นสัมผัส เพื่อตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจ

3.2.11 ขนาดสายพานหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มม. ทำจากยางใยสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง

3.2.12 มีลูกกลิ้งบริเวณด้านล่างสายพานขนาดไม่น้อยกว่า 60 มม. เพื่อช่วยลดการเสียดสีของสายพาน และเพิ่มความนุ่มนวลในการเดิน หรือวิ่ง

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับมอบเครื่อง

4.2. ผู้ขายจะต้องรับประกันว่าเป็นเครื่องใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.3. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ จำนวน 1 ชุด

4.4. ผู้ขายจะต้องรับประกันว่าเป็นเครื่องใหม่ เป็นรุ่นมาตรฐาน ไม่มีการดัดแปลง และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.5. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงของบริษัทผู้ผลิต

(ต้องแสดงหนังสือรับรองจากบริษัท/โรงงานผู้ผลิตมาด้วย)